

CURSO – MONITORIZAÇÃO GRÁFICA DA VENTILAÇÃO MECÂNICA

Gabarito – Módulo 1

QUESTÃO	RESPOSTA
1	D
2	D
3	A
4	B Alguns ventiladores medem a pressão das vias aéreas diretamente nas vias aéreas proximais, entre a peça Y e o tubo endotraqueal. Outros medem remotamente no compartimento inspiratório (entre a válvula inspiratória e a saída de gás inspiratória) e no compartimento expiratório (entre a entrada de gás expiratório e a válvula expiratória). Em seguida, a pressão proximal das vias aéreas é calculada levando em consideração as resistências do circuito respiratório.
5	D
6	C
7	C
8	D
9	D
10	C A AutoPEEP, se ocorrer, faz parte do total da PEEP. PEEP total = PEEP externa + autoPEEP
11	A
12	C
13	A
14	B
15	C
16	B As constantes de tempo inspiratório e expiratório não são iguais porque a resistência das vias aéreas é geralmente mais baixa durante a inspiração em

	comparação à expiração. Assim, a constante de tempo inspiratório é menor que a constante de tempo expiratório. - Constante de tempo x Variação no volume (% da variação total) 1 CT - 63% 2 CT - 86,5% 3 CT - 95% 4 CT - 98% 5 CT - 99%
17	Verdadeiro
18	A
19	C
20	D
21	Disparo à pressão. Nota-se deflexão do gráfico de pressão antes do início da inspiração, denotando esforço inspiratório.
22	C