

CURSO – MONITORIZAÇÃO GRÁFICA DA VENTILAÇÃO MECÂNICA

Gabarito – Módulo 5

QUESTÃO	RESPOSTA
1	C
2	D
3	B
4	Verdadeiro
5	As setas vermelhas indicam esforços inspiratórios ineficazes (disparo ineficaz ou inefetivo). Aparecem na curva de fluxo como um desvio repentino do fluxo expiratório em direção à linha de base (convexidade para cima) e uma queda concomitante da pressão das vias aéreas em direção à linha de base (concavidade para cima). Esforços inspiratórios ineficazes podem ocorrer no caso de fraqueza muscular respiratória ou hiperinsuflação dinâmica.
6	D
7	Verdadeiro
8	C
9	A possível causa do auto-disparo é o vazamento (circuito com defeito, cuff roto ou mal insuflado, fístula broncopleural). Gráficamente, pode ser identificado pois o volume corrente expirado não atinge o zero antes de uma nova inspiração.
10	A
11	B
12	Falso. O rise time é definido como tempo decorrido para a pressão variar do valor mínimo (PEEP) ao valor máximo.
13	B
14	A
15	A

16	Observa-se <i>overshoot</i> de pressão (espícula no gráfico de pressão no início da inspiração). Decorre de <i>rise time</i> curto ou esforço inspiratório excessivo. O ajuste do <i>rise time</i> para valores maiores reduzirá o pico de fluxo inspiratório, minimizando o <i>overshoot</i> .
17	C
18	C
19	B
20	A
21	D
22	Ocorre ciclagem precoce. No modo PSV, recomenda-se a redução do percentual de ciclagem, com prolongamento do tempo inspiratório.
23	B
24	D